



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik Nr 3 do SWZ
Wzór formularza ofertowego

(Znak postępowania: **MBG.261.2.21**)

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zwane dalej „Zamawiającym”

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10,

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132,

Rejestr instytucji kultury województwa podlaskiego – nr 3,

Numer telefonu: 85 740-77-31,

Poczta elektroniczna [e-mail]: przetargi@muzeum.bialystok.pl

Strona internetowa Zamawiającego [URL]: <http://muzeum.bialystok.pl>

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:

<http://muzeum.bialystok.pl/zamowienia-publiczne>

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.....

2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy¹:

.....

.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....

NIP, **REGON**.....

2. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

a) **e-mail:**

Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na ww. adres poczty elektronicznej wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem wykonawca niezwłocznie zawiadamia zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

b) **adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy** znajdującej się na

¹Powielić tyle razy, ile to potrzebne



platformie ePUAP:

3. Adres do korespondencji pisemnej, w sprawach, w których może ona być tej formie prowadzona (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją komory fumigacyjnej i lasera oraz liofilizatora do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”.

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

w zakresie części 1 zamówienia:

„Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem”

1) za cenę oferty:

..... zł brutto.

(słownie brutto:zł).

netto zł

podatek VAT % zł

2) Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji na sprzęt **miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.**

3) Oferuję/oferujemy fumigacyjną komorę próżniową:

Producent:

Model:

Wersja (jeżeli dany model występuje w różnych konfiguracjach):

LP		Opis	TAK/NIE	Uwagi
1	Wymiary zewnętrzne	maks. 80x90x150cm		
2	Wymiary wewnętrzne	Nie mniej niż 70x70 cm		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

3	Pojemność zbiornika	nie mniej niż 0,8 m ³		
4	Materiał wykonania zbiornika	Stal nierdzewna		
5	Waga komory bez wsadu	Maks. 800kg		
6	Pompa próżniowa	Pozwalająca osiągnąć ciśnienie wewnątrz komory min. 30mBar		
7	Katalityczna spalarka użytego gazu	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
8	Skuteczność spalania tlenku etylenu	Min. 95%		
9	Panel sterowania	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
10	Reduktor gazu z elektrozaworem	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
11	Wytwornica pary	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
12	System alarmowy	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
13	Zezwolenia i certyfikaty	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
14	Środki ochrony pracowników	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
15	Szkolenia	Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1.1 do SWZ		
16	Gwarancja	Min. 24 miesiące z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych		
17	Bezpłatna obsługa serwisowa	Min 24 miesiące maks. 60 miesięcy		

w zakresie części 2 zamówienia:

„Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego”

1) za cenę oferty:

..... zł brutto.

(słownie brutto:zł).

netto zł

podatek VAT % zł

2) Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji na sprzęt **miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.**

3) Oferuję/oferujemy laserowe urządzenie czyszczące:



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Producent:

Model:

Wersja (jeżeli dany model występuje w różnych konfiguracjach):

Lp		opis	TAK/NIE	Uwagi
1	Długość fali	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
2	Czas trwania impulsu	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
3	Maksymalna energia impulsu	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
4	Częstotliwość impulsów	Regulowana w zakresie min. 1-20 Hz		
5	Wielkość plamki	Regulowana w zakresie 1,5-6 mm		
6	Laser prowadzący	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
7	System ochrony obiektywu przed uszkodzeniem	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
8	Transmisja promieniowania laserowego	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
9	Możliwość transmisji wiązki laserowej z głowicy przy pomocy uchwytu z rękojeścią	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
10	Zasilanie	230V 50HZ		
11	Waga	Maks. 75 kg		
12	Możliwość łatwego przemieszczania	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
13	Temperatura pracy	Min.10 -30 °C		
14	Środki ochrony operatora	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
15	Certyfikat bezpieczeństwa	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.2 do SWZ		
16	Gwarancja	Min. 24 miesiące z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych		
17	Bezpłatna obsługa serwisowa	Min. 24 miesiące maks. 60 miesięcy		

w zakresie części 3 zamówienia:
„Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora”

1) za cenę oferty:

..... **zł brutto.**

(słownie brutto:zł).

netto zł

podatek VAT % zł



2) Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji na sprzęt **miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.**

3) Oferuję/oferujemy liofilizator:

Producent:

Model:

Wersja (jeżeli dany model występuje w różnych konfiguracjach):

Lp		Opis	TAK/NIE	Uwagi
1.1	Wymiary zewnętrzne	Długość komory 2000 mm +/- 10% Szerokość komory 1000 mm +/- 10% Wysokość całkowita max.2000 mm +/- 10%		
1.2	Poziom hałasu	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2	Komora liofilizatora			
2.1	Konstrukcja nośna	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.2	Wymiary wnętrza komory	Długość 2000 mm +/- 10% Średnica min. 800 mm Poziom załadunku wsadu 850 mm +/- 10%		
2.3	Materiał	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.4	Izolacja termiczna	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.5	Półki	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ Maksymalne obciążenie Półka główna 500kg +/- 10% Półka pomocnicza 100kg +/- 10%		
2.6	Czujniki	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.7	Drzwi	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.8	Dodatkowe przepusty	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
2.9	Temperatura blatów chłodzących (półek)	Temperatura półek poniżej -30 °C podczas pracy urządzenia chłodzącego Temperatura prowadzenia wydajnego procesu suszenia próżniowego		
2.10	Próżnia osiągnana podczas procesu	Komora bez wsadu 5×10^{-2} hPa, przy temperaturze -20 °C		
2.11	Połączenia pomiędzy komorą a skraplaczem	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
3	KONDENSERY LODU			
3.1	Kondensery	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
3.2	Wydajność kondensatorów	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

3.3	Temperatura elementów wychytujących pary we wnętrzu kondensera	Mniejsza lub równa - 40 °C - podczas pracy kondensera.		
3.4	Materiał	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
3.5	Drzwi	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
3.6	Czujniki	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
3.7	Rozmrażanie	System umożliwiający usunięcie lodu w ciągu max 5 h		
3.8	Połączenia z komorą główną liofilizatora	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
4	UKŁAD CHŁODZENIA			
4.1	System chłodzenia	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
4.2	Czynnik chłodzący	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
4.3	Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
4.4	Alarm	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
5	UKŁAD PRÓŻNIOWY			
5.1	Pompa lub zespół pomp	Umożliwiające osiągnięcie parametrów opisanych w specyfikacji. Wydajność minimum 40 m ³ /h. Próżnia końcowa min 2x 10 ⁻² hPa.		
5.2	Wydajność pompy lub zespołu pomp próżniowych (próżnia w komorze głównej liofilizatora)	Próżnia na poziomie 5 x 10 ⁻² hPa przy temperaturze we wnętrzu komory -20 °C (bez wsadu) powinna zostać osiągnięta w czasie nie dłuższym niż 60 minut		
5.3	Zabezpieczenie silnika/ów pomp próżniowych	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
6	SYSTEM STEROWANIA I KONTROLI			
6.1	Manualny tryb sterowania	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
6.2	Automatyczny tryb sterowania	Zgodnie z OPZ – załącznik nr 1.3 do SIWZ		
7	Test końcowy	Zamawiający zamierza przeprowadzić test końcowy (24 h), potwierdzający utrzymywanie ustalonych parametrów urządzenia.		
8	Gwarancja	Min. 24 miesiące z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych		
9	Bezpłatna obsługa serwisowa	Min. 24 miesiące maks. 60 miesięcy		

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ.



1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem umowy.
5. Oświadczam/y, że akceptuję/emy instrukcję użytkownika miniportalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf> zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nrdo nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty²:
 - a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
 - b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

	zł netto
Nazwa towaru/usług	wartość bez kwoty podatku VAT

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. **Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

² Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).



10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

D. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.

- 1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:.....
nr telefonu, e-mail:

F. CZY WYKONAWCA JEST?

- mikroprzesiębiorstwem,
- małym przedsiębiorstwem,
- średnim przedsiębiorstwem,
- jednoosobową działalnością gospodarczą,
- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
- inny rodzaj działalności,

(zaznacz właściwe)

E. SPIS TREŚCI.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

6)