



Białystok, dnia 10.05.2021 r.

Znak sprawy: MBG.261.2.21

-wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją komory fumigacyjnej i lasera oraz liofilizatora do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczynie”.

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 t. j. ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 07.05.2021 r.

Pytanie 1

W Załącznik-Nr-1.3-do-SWZ-Opis-przedmiotu-zamówienia-liofilizator.pdf pkt. 2.5 Zamawiający wymaga aby konstrukcja półki górnej pomocniczej umożliwiała jej łatwy demontaż.

Natomiast w odpowiedzi na Pytanie nr 9 z dnia 27.04.2021 r. udzielił odpowiedzi, że Zamawiający nie przewiduje rozłączanych półek chłodzących.

W związku z powyższym proszę o dokładniejszy opis sposobu oraz zakresu demontażu półki chłodniczej pomocniczej bez rozłączania jej od układu chłodzącego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje że w sytuacji gdy gabaryty obiektu poddawanego liofilizacji będą tego wymagały istnieje możliwość demontażu pomocniczej półki mroźnej. Czynność ta powinna być łatwa do wykonania i nie wyłączać liofilizatora z dalszego użytku. Zamawiający rozumie że po kilkukrotnym wykonaniu tej operacji niezbędne będzie uzupełnienie czynnika chłodzącego.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
dr Waldemar F. Wilczewski