



Białystok, dnia 28.03.2023r.

- **wszyscy Wykonawcy** -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „**Dostawa systemu monitorowania klimatu do tworzonego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa 2A**”

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający – Muzeum Podlaskie w Białymstoku działając na podstawie pkt. 14.2. lit b. Zapytania ofertowego informuje, iż ODRZUCA OFERTE WYKONAWCY:

DANLAB Wyposażenie laboratorium, ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok

w oparciu o pkt. 14.2. lit b. w związku z pkt 10.16 Zapytania ofertowego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Stosownie do pkt. 14.2. lit. b. zapytania ofertowego: Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem 10.16

Zgodnie z pkt 10.16 zapytania ofertowego zakazane jest prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty.

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (wzór formularza oferty) Wykonawca dołączył ofertę, która nie była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia:

w specyfikacji (Załącznik nr 2- opis przedmiotu zamówienia.pdf) wymagamy aby komunikacja bezprzewodowa odbywała się w standardzie Wi-Fi czyli komunikacja czujek w oparciu o standard IEEE 802.11 b/g z częstotliwością od 2400 do 2485 GHz i system monitorowania klimatu musi współpracować z lokalnym serwerem aplikacji należącym do Zamawiającego (własna serwerownia) oraz wskazane jest aby urządzenie wyposażone było w wyświetlacz mierzonych parametrów. W przesłanej ofercie w danych technicznych jest wskazana technika komunikacji jako Bluetooth Low Energy (BLE) oraz brak wskazania, czy urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz mierzonych parametrów. W związku z powyższym w wyniku badania i oceny ofert, Zamawiający bazując na podanej przez Wykonawcę ofercie wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w następującej kwestii:

1. Czy czujki posiadają wyświetlacz mierzonych parametrów oraz
2. Czy proponowane w ofercie czujki komunikują się w standardzie Wi – Fi od 2400 do 2485 GHz?

**PL-BY-UA
2014-2020**

Funded by
the European Union



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 financed by the European Union
Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany był złożyć do 27.03.2023 r. do godz. 10:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie odniósł się do Wątpliwości Zamawiającego i nie złożył wymaganych wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym, która podlega odrzuceniu na podstawie punktu 14.2. lit. b. zapytania ofertowego

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)